

Số: 4167/BC-BVĐKT
V/v: Báo cáo và đề nghị đăng tải
công khai giá trúng thầu Gói thầu
số 1: Dịch vụ bảo trì trọn gói một
năm (12 tháng) cho hệ thống máy
chụp cắt lớp vi tính CT-Scanner
32 lát cắt Hitachi Supria- Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 11 năm 2025

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 48/2024/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2484/QĐ-BVĐKT ngày 15/7/2025 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm gói thầu: Dịch vụ bảo trì trọn gói một năm (12 tháng)

cho hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính CT-Scanner 32 lát cắt Hitachi Supria - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3049/QĐ-BVĐKT ngày 26/8/2025 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Gói thầu số 1: Dịch vụ bảo trì trọn gói một năm (12 tháng) cho hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính CT-Scanner 32 lát cắt Hitachi Supria - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 780/BCĐG-TVVL ngày 15/9/2025 do đơn vị Tư vấn đấu thầu – Công ty cổ phần Tư vấn Vạn Long lập;

Căn cứ Quyết định số 3370/QĐ-BVĐKT ngày 24/9/2025 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 1: Dịch vụ bảo trì trọn gói một năm (12 tháng) cho hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính CT-Scanner 32 lát cắt Hitachi Supria - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xin gửi thông tin đề nghị đăng tải công khai giá trúng thầu với những nội dung sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Dịch vụ bảo trì trọn gói một năm (12 tháng) cho hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính CT-Scanner 32 lát cắt Hitachi Supria - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa;

- Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;

- Tổng số danh mục hàng hóa trúng thầu: 01 gói;

- Tổng giá trị trúng thầu: **1.998.000.000** đồng (Bằng chữ: Một tỷ chín trăm chín mươi tám triệu đồng).

(Thông tin về hàng hoá, dịch vụ trúng thầu xem chi tiết tại quyết định trúng thầu gửi kèm theo Công văn này)

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xin kính báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên và đề nghị UBND tỉnh công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trên cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở Y tế (để báo cáo);
- Lưu VTTBYT.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Hữu Trường

PHỤ LỤC
THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRÚNG THẦU

Bảng số 1

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá trúng thầu (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Dịch vụ bảo trì trọn gói một năm (12 tháng) cho hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính CT-Scanner 32 lát cắt Hitachi Supria	* Nội dung dịch vụ: - Thời gian thực hiện: 12 tháng, kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. - Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ: 03 tháng/lần, khối lượng công việc thực hiện ít nhất theo danh mục công việc bảo trì tối thiểu bên dưới. - Thực hiện kiểm tra, sửa chữa thiết bị tại Bệnh viện: có mặt trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo, không tính ngày nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước. - Thực hiện kiểm tra định kỳ 01 lần/tháng. - Cung cấp, thay thế toàn bộ vật tư, linh kiện (bao gồm: thay thế tối đa 01 bóng phát tia/12 tháng), detector, khối xử lý ảnh, khối cao áp (hay biến áp cao áp) dùng cho máy CT, khối truyền tín hiệu quang, khối điều khiển phát tia, module tín hiệu, bộ chổi than, các loại bảng mạch ... và các	Hệ thống	01	1.998.000.000	1.998.000.000

		linh kiện khác nếu bị hư hỏng trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng: + Cam kết vật tư, linh kiện thay thế mới 100%. + Cam kết linh kiện thay thế đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng. - Đảm bảo tổng thời gian máy dừng hoạt động hoàn toàn do sự cố không quá 18 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. - Hỗ trợ kết nối truyền ảnh với hệ thống PACS của Bệnh viện. - Thực hiện đầy đủ công việc nâng cấp hệ thống phần mềm liên quan theo yêu cầu của Bệnh viện hoặc chính sách của hãng sản xuất. - Cam kết điều kiện bảo hành linh kiện sau khi sửa chữa và độ ổn định của thiết bị sau sửa chữa để đảm bảo hệ thống thiết bị hoạt động ổn định, an toàn. - Danh mục công việc kiểm tra, bảo trì hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính CT-Scanner 32 lát cắt Hitachi Supria theo quy trình của nhà sản xuất và đảm bảo đầy đủ các nội dung sau: 1. Khung máy + Kiểm tra dây				
--	--	--	--	--	--	--

		curoa quay khung máy (tiếng kêu) + Kiểm tra, điều chỉnh Dây curoa quay khung máy (độ căng) + Kiểm tra, vệ sinh Phanh từ - khóa khung máy (Gantry) + Vệ sinh Encoder / Cảm biến hình ảnh + Kiểm tra, siết chặt các ốc cố định bảng mạch Detector + Kiểm tra cảm biến thu nhận hình ảnh / Encoder Tape + Kiểm tra cảm biến va trạm (Lift cover and cone cover) + Kiểm tra, vệ sinh Vòng trượt (slip ring) + Kiểm tra chổi quét tín hiệu + Kiểm tra, vệ sinh, siết chặt tổ hợp định dạng chùm tia X (Collimator) + Kiểm tra Đèn laser định vị + Kiểm tra, vệ sinh cửa sổ chùm tia X + Kiểm tra dây cáp (phần quay và phần tĩnh) + Kiểm tra, siết chặt phần gá đỡ tổ hợp bóng + Kiểm tra, vệ sinh, siết chặt đầu cuối trên tổ hợp bóng + Kiểm tra phạm vi nghiêng + Kiểm tra phím khẩn cấp + Kiểm tra tốc độ				
--	--	--	--	--	--	--

		quay Gantry + Kiểm tra, vệ sinh các bảng mạch điện tử + Kiểm tra toàn bộ nguồn 1 chiều + Kiểm tra bộ phận chỉ thị/ kiểm soát nhiệt độ khối thu nhận dữ liệu Detector - DMS + Kiểm tra intercom + Kiểm tra Bộ thủy lực + Kiểm tra Quạt làm mát khối DMS + Kiểm tra, vệ sinh Quạt làm mát phía trên khung máy 2. Giường bệnh nhân + Kiểm tra dịch chuyển dọc giường bệnh nhân + Kiểm tra dịch chuyển lên xuống giường bệnh nhân + Kiểm tra chỉ thị đèn LED + Kiểm tra hoạt động dịch chuyển giường bệnh nhân + Kiểm tra âm thanh bất thường xuất hiện khi vận hành + Kiểm tra, vệ sinh bảng mạch điện tử + Kiểm tra nguồn điện 1 chiều + Kiểm tra giá gắn phantom cân chỉnh máy + Kiểm tra Phantom cân chỉnh máy + Kiểm tra, siết chặt Cố định giường bệnh nhân				
--	--	---	--	--	--	--

		+ Kiểm tra, vệ sinh, bôi trơn ốc + Kiểm tra, vệ sinh, bôi trơn ray trượt + Kiểm tra, vệ sinh con lăn + Kiểm tra ổ trục cơ cấu dịch chuyển dọc giường bệnh nhân + Kiểm tra, bôi trơn trục vít của cơ cấu dịch chuyển dọc giường bệnh nhân + Kiểm tra hệ thống thủy lực cơ cấu dịch chuyển dọc giường bệnh nhân 3. Khối điều khiển + Kiểm tra nguồn một chiều + Kiểm tra tình trạng phần mềm chụp và phân tích ảnh + Kiểm tra, vệ sinh tổng thể khối điều khiển + Kiểm tra, ghi nhận error log + Kiểm tra, vệ sinh tổng thể + Kiểm tra Quạt làm mát 4. Tủ điện và biến áp cao áp + Kiểm tra, vệ sinh tổng thể + Kiểm tra rò rỉ dầu + Kiểm tra Đầu cao áp phía biến áp cao áp + Kiểm tra Bộ phận tản nhiệt + Kiểm tra kV mA 5. Tổ hợp bóng + Vệ sinh Bộ phận tản nhiệt				
--	--	---	--	--	--	--

		+ Kiểm tra rò rỉ Thùng dầu + Kiểm tra Đầu cao áp phía bóng 6. Kiểm tra căn chỉnh tổng thể + Kiểm tra dữ liệu Variation + Kiểm tra Detector preamplifier output + Kiểm tra căn chỉnh center + Kiểm tra căn chỉnh Phantom CAL and CT number				
		Tổng				1.998.000.000